



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Διοίκηση 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου
& Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 24, Τ.Κ: 31 100
ΤΗΛ. 26450 38200, 38325 FAX: 26450 25377
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΑΥΔΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

6η Υ.Π.Ε.
Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10683
ΗΜ/ΝΙΑ: 19/12/2018



Λευκάδα 19 / 12 / 2018

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέμα: «Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Νέου Νοσοκομείου Λευκάδας»

Κοινοποίηση :

- Επιστημονικό Συμβούλιο Γ. Ν. Λευκάδας
- Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Λευκάδας

Αξιότιμοι κύριοι

Με αφορμή διευκρινιστικές ερωτήσεις μελών του Δ.Σ. σχετικά με τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο νέο Νοσοκομείο Λευκάδας, θα ήθελα να σας επισημάνω όπως και παλαιότερα έχω κάνει, ότι είναι απολύτως απαραίτητη η επέκταση της αρχικά σχεδιαζόμενης MTN, ώστε αυτή να περιλαμβάνει **τουλάχιστον 12 και ιδανικά 15 θέσεις αιμοκάθαρσης ανά βάρδια**, να εξοπλιστεί, αντίστοιχα με τις θέσεις, με **νέα μηχανήματα αιμοκάθαρσης σύγχρονης τεχνολογίας** ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν και νεώτερες μέθοδοι – παραλλαγές αιμοκάθαρσης αλλά και με **νέες πολυθρόνες και κρεβάτια με ενσωματωμένους ζυγούς σε αναλογία 1 : 1** για τις ανάγκες των ασθενών της MTN.

Ο λόγος που χρειαζόμαστε τον σχετικά μεγάλο αριθμό κρεβατιών με ενσωματωμένους ζυγούς, είναι ότι έχουμε πολλούς υπερήλικες ή επιβαρυσμένους ασθενείς, αλλά και ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια, οι οποίοι είναι αδύνατο να καθίσουν σε πολυθρόνα κατά την διάρκεια της συνεδρίας ΑΚΘ. Επίσης, είναι απολύτως απαραίτητη και η ζύγιση των ασθενών πριν και μετά την ΑΚΘ, ώστε να υπολογίζεται ο βαθμός αφυδάτωσης που απαιτείται κατά την αιμοκάθαρση.

Παρακαλώ επομένως να μεριμνήσετε τα δέοντα ώστε ο νέος εξοπλισμός της MTN να είναι ο πλέον κατάλληλος για την σωστή λειτουργία αυτής και να επισημάνω ότι, **ο ήδη υπάρχων εξοπλισμός της MTN είναι πεπαλαιωμένος, και απαιτείται αντικατάστασή του.**

Εν αναμονή των ενεργειών σας

Η Διευθύντρια της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ. Ν. Λευκάδας

Αυδίκου Κωνσταντίνα, Νεφρολόγος

ΑΥΔΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MTN

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΕΛ. 75663 ΤΗΛΕΚΑ: 02016304608

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - 6^η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΑΥΔΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ